


Sucursala Constanta

Constanța, str. Moldovei nr. 13 ; Cod poștal: RO - 900615. Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J13/739/2002; CUI: 14472089 ; CIF : RO14232728
Tel.: + 40 341 80.34.50 ; Fax: + 40 341 80.34.60; www.smartct.ro

Serviciul Comercial Administrativ și Arhivă

In atentie:	Operatorilor Economici Interesati
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. – Sucursala Constanta
Telefon/Fax:	0341 803457, 0745/988215
E-mail:	alexandru.datcu@smart-sa.ro
Nr. Pagini:	1+1+1



ANUNȚ DE INTENȚIE LA ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "SMART" S.A. – Sucursala Constanta, avand ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează o selecție de oferte în scopul atribuirii contractului avand ca obiect achiziționarea:

Anunt de intenție achiziție directă butelii gaz laborator uleiuri

Produse necesare:


- | | |
|---|----------|
| 1. Butelie cu gaz calibrare pentru cromatograf, cf. certificat anexat | 1 bucată |
| 2. Butelie cu argon pentru cromatograf, cf. buletin anexat | 1 bucată |

În următoarele condiții:

1. Criteriul de evaluare: "pretul cel mai scăzut".
2. Termen de execuție: URGENT
3. Sursa de finanțare: fonduri proprii.
4. Valabilitate oferta: 30 zile.

Oferta se va întocmi într-un singur exemplar și va fi transmisă pe e-mail la următoarele adrese: alexandru.datcu@smart-sa.ro, până la data de 05.02.2026 ora 15:00.

Pentru informații suplimentare, va puteți adresa la: Serviciul Comercial Administrativ și Arhivă, tel. 0341 803457, 0745/988215.



Avizat	Intocmit
Șef SCAA	SCAA
Alexandru Datcu	



LINDE GAZ ROMANIA SRL

STR.AVRAM IMBROANE 9
R-300136 TIMISOARA

Order number: 103000708089/1
Cylinder number: 27631122897121
Cylinder owner: Linde cylinder
Cylinder volume [l]: 10,00

CERTIFICATE Class 1
DIN EN ISO 6141

Components	Nominal value	Actual value	rel. uncertainty in % ¹⁾
Acetylene	100 ppm	98,3 ppm	± 2
Carbon Dioxide	100 ppm	99,9 ppm	± 2
Carbon Monoxide	100 ppm	100 ppm	± 2
Ethane	100 ppm	105 ppm	± 2
Ethylene	100 ppm	105 ppm	± 2
Hydrogen	100 ppm	101 ppm	± 2
Methane	100 ppm	103 ppm	± 2
Propane	100 ppm	100 ppm	± 2
Propene	100 ppm	100 ppm	± 2
Oxygen	1,00 %	1,00 %	± 2
Nitrogen	4,00 %	4,03 %	± 2
Argon	Balance		

Indications in percent and ppm are to be interpreted as ideal parts per volume. All indications of volume are related to STP (1013 mbar, 273,15 K)
The results are certified on the basis of analytics

¹⁾ expressed as the expanded measurement uncertainty (coverage factor $k = 2$)

Pressure [15° C]:	ca 150 bar	Min. storage temperature:	Not applicable
Contents:	1.500,00 l	Min. pressure of utilization:	5 bar
Stability:	24 months	Rec. usage temperature:	10 °C - 30 °C
Valve outlet:	14	Net weight [Kg]:	2,635
Order:	315950255 / 000040		
Your Order:	RO-2302301		

Preparation date: 22.08.2023

Person in charge: Veronique Chanel

This certificate was automatically generated after thorough check and is valid without signature.

Linde GmbH - Geschäftsb. Linde Gas - Carl-von-Linde-Str. 25 - D-85716 Unterschleißheim

Tel. Germany: 0800 0530 530 0 Other countries: +49 3461 853 397 E-mail: zertifikate.de@linde.com



Buletin analiza

Nr. 970000018241 11-Mar-24 1:41:05 PM

Denumire produs: Argon 5.3	Cod articol: 2870152
	Cod de bare: 64231102352368
	Tip butelie: Butelii Linde
	Capacitate butelie: 50 l
	Serie de fabricatie:

Componente analizate	Valori nominale	Valori masurate
O2		0.2 ppm
H2O		1.8 ppm
CO2		0.1 ppm
N2		1 ppm
AR		99.9993 %
AR	>= 99.9993 %	
CO2	<= 0.2 ppm	
H2O	<= 2 ppm	
N2	<= 3 ppm	
O2	<= 1 ppm	

Presiune umplere [15°C]: 200 bar

Presiune reziduala: 5 bar

Temperatura de lucru: 10°C - 30°C

Perioada de utilizare:

60 luni pentru: amestecuri pentru sudura, gaze laser, amestecuri gaze analiza, pneumix, gaze formare

60 luni pentru: oxigen tehnic, azot, argon, hidrogen, CO2, aer sintetic fara HC

60 luni pentru gaze alimentare

Data analizei: 11-Mar-24 1:41:05 PM Controlor calitate: Marian Asanica